



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000

Fone: (84) 4005-4105

PARECER Nº 25/2025 -
COAES/DG/JC/RE/IFRN

7 de julho de 2025

PARECER

PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025
(Processo Administrativo nº 23425.000600.2024-68)

PROPOSTA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Com base no Termo de Referência, o item 88 exige especificações técnicas mínimas para a aquisição de uma caneta de alta rotação. Após análise técnica, observa-se que a COXO não atende aos seguintes requisitos obrigatórios:

1. Material do corpo: o material do corpo da COXO não é de titânio, conforme exigido no Termo de Referência;
2. Refrigeração: a COXO não oferece o sistema de refrigeração de 4 furos. O Termo de Referência requer 4 furos.

Portanto, visando garantir a segurança do paciente, a eficiência dos procedimentos odontológicos e a durabilidade dos instrumentos, evitando prejuízos ao erário com manutenção e substituições prematuras, a marca COXO **não foi aprovada**.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nathalia Ramos da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 07/07/2025 11:36:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/07/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 916991
Código de Autenticação: 4df52d0128

