



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

Coordenação de Atividades Estudantis

BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000

Fone: (84) 4005-4105

PARECER Nº 15/2026 -
COAES/DG/JC/RE/IFRN

12 de fevereiro de 2026

PARECER

PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025
(Processo Administrativo nº 23057.006345.2025-83)

PROPOSTA: BHDENTAL COMERCIAL LTDA PARA O ITEM 22 - CNPJ: 29.312.896/0001-26

Após análise técnica das especificações do equipamento Dentemed Autoprime 21 em comparação com os requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que o equipamento ofertado não é classificado como Classe B ou S, sendo descrito como autoclave gravitacional, além de não haver comprovação técnica da presença de bomba de vácuo fracionado, requisito obrigatório. Dessa forma, o equipamento não atende aos critérios técnicos mínimos exigidos.

Portanto, visando garantir a eficiência dos procedimentos odontológicos e a durabilidade dos equipamentos, evitando prejuízos ao erário com manutenção e substituições prematuras, a proposta **não foi aprovada**.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nathalia Ramos da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 12/02/2026 14:24:42.
- **Marcia Marillac Cardoso Oliveira, ODONTOLOGO - 30H - DEC JUD**, em 12/02/2026 14:27:34.
- **Janmille Valdivino da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 12/02/2026 14:28:39.
- **Gerliene Maria Silva Araujo, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 12/02/2026 14:31:49.
- **Andrea Barros de Almeida Pacheco, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 12/02/2026 15:23:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1028378
Código de Autenticação: f2ac8d9420

