



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

Coordenação de Atividades Estudantis

BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000

Fone: (84) 4005-4105

PARECER Nº 28/2026 -
COAES/DG/JC/RE/IFRN

19 de fevereiro de 2026

PARECER

PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025
(Processo Administrativo nº 23057.006345.2025-83)

PROPOSTA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PARA O ITEM 27 -
CNPJ: 37.885.137/0001-80

Após análise da documentação e do material técnico apresentados, não foram identificadas especificações que comprovem a existência de pintura interna anticorrosiva no reservatório, nem de sistema de proteção contra sobrecarga elétrica e superaquecimento do motor, conforme exigido no Termo de Referência.

Da mesma forma, o Termo de Referência exige dreno automático para eliminação da água proveniente da condensação interna do reservatório, contudo as imagens e especificações indicam apenas dreno convencional, sem comprovação de funcionamento automático conforme exigido.

Diante do exposto, conclui-se que a documentação apresentada não comprova integralmente o atendimento às exigências técnicas estabelecidas. Sendo assim, solicitamos esclarecimento e documentação comprobatória dos pontos descritos acima.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nathalia Ramos da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 19/02/2026 14:16:04.
- **Andrea Barros de Almeida Pacheco, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 19/02/2026 14:17:46.
- **Marcia Marillac Cardoso Oliveira, ODONTOLOGO - 30H - DEC JUD**, em 19/02/2026 14:17:58.
- **Janmille Valdivino da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 19/02/2026 14:18:01.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1030217
Código de Autenticação: 7b9ace5dc7

