



**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**  
**CAMPUS JOÃO CÂMARA**

Coordenação de Atividades Estudantis

BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000

Fone: (84) 4005-4105

**PARECER Nº 37/2026 -**  
**COAES/DG/JC/RE/IFRN**

**20 de fevereiro de 2026**

**PARECER**

**PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025**  
**(Processo Administrativo nº 23057.006345.2025-83)**

**PROPOSTA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PARA O ITEM 22 - CNPJ: 37.885.137/0001-80**

Após análise técnica das especificações do equipamento ofertado, em comparação com os requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, verificou-se que o equipamento está em desconformidade com a classe de esterilização descrita, além de não haver comprovação técnica da presença de bomba de vácuo fracionado, requisito obrigatório. Dessa forma, o equipamento não atende aos critérios técnicos mínimos exigidos.

Portanto, visando garantir a eficiência dos procedimentos odontológicos e a durabilidade dos equipamentos, evitando prejuízos ao erário com manutenção e substituições prematuras, a proposta **não foi aprovada**.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nathalia Ramos da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 20/02/2026 14:10:47.
- **Marcia Marillac Cardoso Oliveira, ODONTOLOGO - 30H - DEC JUD**, em 20/02/2026 14:13:14.
- **Andrea Barros de Almeida Pacheco, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 20/02/2026 14:14:05.
- **Janmille Valdivino da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 20/02/2026 14:31:17.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1030906  
Código de Autenticação: 8caad93018

