



**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**  
**CAMPUS JOÃO CÂMARA**

Coordenação de Atividades Estudantis

BR 406, Km 73, 3500, Perímetro Rural, JOÃO CÂMARA / RN, CEP 59550-000

Fone: (84) 4005-4105

**PARECER Nº 39/2026 -**  
**COAES/DG/JC/RE/IFRN**

**23 de fevereiro de 2026**

**PARECER**

**PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2025**  
**(Processo Administrativo nº 23057.006345.2025-83)**

**PROPOSTA: ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA PARA O ITEM 9 - CNPJ: 63.175.538/0001-57**

Após análise técnica das especificações apresentadas pela empresa para o fornecimento de fotopolimerizador, em comparação com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, foram identificadas não conformidades em parâmetros técnicos objetivos. Verificou-se que o equipamento ofertado não possui o modo de polimerização intermediário de 1600 mW/cm<sup>2</sup>, com tempos de ativação entre 1 e 4 segundos, conforme exigido. O modo intermediário especificado no Termo de Referência tem como finalidade proporcionar polimerização rápida com maior controle do estresse de contração e menor risco de aquecimento intrapulpar, sendo amplamente indicado em protocolos restauradores adesivos e em cavidades profundas.

Adicionalmente, o equipamento ofertado apresenta área ativa de fotopolimerização consideravelmente inferior à exigida, o que reduz a cobertura e a uniformidade da cura em restaurações de maior extensão.

Portanto, visando garantir a segurança do paciente, a eficiência dos procedimentos odontológicos e a durabilidade dos equipamentos, evitando prejuízos ao erário com manutenção e substituições prematuras, a proposta **não foi aprovada**.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nathalia Ramos da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 23/02/2026 09:45:18.
- **Janmille Valdivino da Silva, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 23/02/2026 09:48:27.
- **Andrea Barros de Almeida Pacheco, ODONTOLOGO - 40 HORAS**, em 23/02/2026 09:48:32.
- **Marcia Marillac Cardoso Oliveira, ODONTOLOGO - 30H - DEC JUD**, em 23/02/2026 09:56:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1031396  
Código de Autenticação: 4d0095f33a

